



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS



OFÍCIO: 388/2019

DATA: 28/06/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: SOLICITAR LICITAÇÃO

Ao Departamento de Licitação:

Com os nossos cordiais cumprimentos, venho por meio deste enviar as correções dos itens que foram impugnados.

- . LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ELEETRICO, PARA USO domiciliar; nível de ruído: 45 db, fluxo por litro: até 5 litros, pressão de saída: 5,5 psi, concentração de oxigênio: 93% +- 3% de 0,5 a 5 l/min. modo de fluxo contínuo: até 5 lpm, alarmes e indicadores:sonoro e luzes indicadores, consumo de energia: 110v = 360w/ 220v =290w, medidas (axlxc) : 58 cmx 38cmx24 cm, peso:14kg, temperatura de operação: 13 °c a 32 °c, altitude em operação: até 2.286 metros, temperatura de armazenamento: -34°c a 71°c. acessórios: 1 umidificador, 1 cateter nasal , sem backap .
- LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO RESPIRATÓRIO CPAP, para tratamento de apneia do sono e distúrbios respiratórios - especificações mínimas do produto: para utilização em ambiente domiciliar, modo de funcionamento: cpap fixo, nível de ruído: 24db, intervalo de pressão: 4 a 20 cmh2o, rampa: 0 a 45 min. (incrementos) de 5 min.) compensa vazamento: sim, alívio de pressão: ape com easy-breathe, medidas (axlxc): 8,5 cmx 14 cm x 15cm, peso: 0,835, requisitos elétricos: 110- 240v, 50-60hz 115v, 400hz (nominal para uso em aeronave), consumo de energia: típico: 70w (80 v a) máximo: 110w (120 v a), cartão de dados: cartão sd, armazenamento de dados:. deverá acompanhar circuito do paciente com mascara
- LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP. MODO DE VENTILAÇÃO: cpap, s, s/t, t e pc. função avaps. ipap: 4 a 30 cmh2o epap: 4 a 25 cmh2o. cpap: 4 a 25 cmh2o. frequência respiratória: 0 a 30 bpm (pc e s/t) 4 a 30 bpm (t). tempo inspiratório: 0,5 a 3 s. tempo de elevação: 100 a 600 ms(1 a 6). rampa de ventilação: 0 a 45 min. acessórios: bateria extena 7 horas (no break), umidificador com 5 niveis de aquecimento, mascara ou circuito invasivo conforme necessidade



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

Alessandra Lancetti Avelino
Secretária Municipal de Saúde

Departamento de Licitação