



MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Administração - Departamento de Licitações
Tel.: (035) 3641-1373 - E-mail: licitacao@brazopolis.mg.gov.br



RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTE DE COVID E MASCARA FACIAL PFF2, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

A empresa **MED CENTER COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.874.929/0001-40, com sede na Rodovia JK, Km99, s/n, Santa Edwirges, município de Pouso Alegre/MG, a qual protocolou pedido de impugnação em tempo hábil sendo esse no dia 18 de fevereiro de 2021, onde se questiona basicamente o item 02 **Teste Rápido**: Nome Comercial: SARS-COV-2, Tipo de Tecnologia: Imunocromatografia Amostra: Soro, Plasma ou Sangue. País de Origem: China Sensibilidade: % IgG = 100,0% (Dias! N/I) IgM = 100,0% (Dias! N/I) Especificidade: % IgG = 100,0% (Dias! N/I) IgM = 100,0% (Dias! N/I) Material Analisado: Sorô Sensibilidade: IgG= 90,0% (>10 Dias!) IgG= 84,0% (todos os dias*) IgM= 66,0% (>10 Dias!) IgM= 47,7% (todos os dias*) Especificidade: IgG= 100,0% (>10 Dias!) IgG= 100,0% (todos os dias*) IgM= 98,0% (>10 Dias!) IgM= 98,0%*(todos os dias*) VPP (valor preditivo positivo): IgG= 100,0% (>10 Dias!) IgG= 100,0% (todos os dias*) IgM= 96,9% (>10 Dias!) IgM= 97,7% (todos os dias*) VPN (valor preditivo negativo): IgG= 90,9% (>10 Dias!) IgG= 86,2% (todos os dias*) IgM= 75,4% (>10 Dias!) IgM= 51,6% (todos os dias*) Acurácia: IgG= 95,0% (>10 Dias!) IgG= 92,0% (todos os dias*) IgM= 82,5% (>10 Dias!) IgM= 65,9% (todos os dias*) Razão de verossimilhança positivo: IgG= >99 (>10 Dias!) IgG= >99 (todos os dias*) IgM= 33,0 (>10 Dias!) IgM= 23,9 (todos os dias*) Razão de verossimilhança negativo: IgG= 0,10 (>10 Dias!) IgG= 0,16 (todos os dias*) IgM= 0,35 (>10 Dias!) IgM= 0,53 (todos os dias*) Razão de probabilidade de diagnóstico: IgG= >1000 (>10 Dias!) IgG= 0,53 (todos os dias*) IgM= >1000 (>10 Dias!) IgM= 44,7 (todos os dias*) Observações: Lote do kit: CK2003030410 Grupo SARS-CoV-2 - Amostras positivas: RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 (Média dias coleta após RT-PCR = 12 dias) Grupo Controle RT-PCR negativos com ou sem outra infecção viral; Sem RT-PCR e sem suspeita de SARS-CoV-2 (doadores de sangue de 2018; colaboradores vacinados para Influenza na de campanha 2020 sem sintomas associados a gripe). *O teste tem seu desempenho ideal, quando solicitado após 10 dias de sintomas. Quando se inclui na testagem pacientes com menos de 10 dias de evolução dos sintomas, o desempenho do teste pode ser prejudicado. Aproveitando foi encaminhado juntamente com o pedido de impugnação alguns pedidos de esclarecimento em relação aos testes de COVID.

Após análise do setor solicitante (Secretaria Municipal de Saúde), constatou alguns erros na descrição e **acatou-se** o pedido de impugnação da empresa em epígrafe no qual foi encaminhado ao setor de Licitações desse Município ofício com a decisão.

Assim o Certame será suspenso para uma melhor análise e se necessário realização de novo descritivo. A suspensão será publicada nos meios oficiais.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Brazópolis/MG, 19 de fevereiro de 2021.


JULIANA ALVES DE FREITAS
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


ROSIANA PEREIRA DE FARIA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


HELDER LUIZ CHAVES DA SILVEIRA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


JOSÉ MAURO NORONHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURIDICOS